

簡易入札（見積競争）公告

1. 簡易入札（見積競争）に付する事項
ガスの購入
2. 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
 - ① 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第31条の規定に該当しないものであること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。
 - ② 簡易入札時において、国土交通省から指名停止処分を受けていない者であること。
 - ③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、官公庁、独立行政法人及び教育・研究機関等における本件に類する履行実績を有し、当所に対する適正な契約の履行が確保される者であること。
 - ④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3. 契約条項を示す場所
〒181-0004 東京都三鷹市新川6-38-1
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 総務部会計課契約係
T E L 0422-41-3489
F A X 0422-41-3242
M a i l kani_keiyaku@m.mpat.go.jp
4. 簡易入札説明会を開催の有無 無
5. 簡易入札執行に関する説明事項及び仕様書の配付場所
説明事項はHP掲載、仕様書は添付ファイルのとおり
6. 簡易入札執行に関する説明事項及び仕様書に対する質問の受付
質問は、文書（書式自由。ただし、A4版とする。）により行うものとし、持参、郵送（ただし、受付期間内に必着のこと。）、F A X、M a i l のいずれの方法でも可能とする。
ただし、F A Xの場合は着信を確認すること。なお、文書には、回答を受ける窓口の部署、氏名、電話及びF A X番号、電子メールアドレスを併記すること。
 - ① 担当部署 3. と同じ
 - ② 質問の受付期間
令和7年 5月15日（木） 10時00分 から
令和7年 5月19日（月） 16時00分 まで
（持参の場合は、期間中の土・日・祝日を除く毎日の10時00分から16時00分まで）
7. 見積書の提出方法、提出先及び提出期限（※必ず見積書の原紙を提出すること）
提出方法：簡易入札執行に関する説明事項による。
提出先：3. と同じ
提出期限： 令和7年 5月20日（火） 12時00分 まで
なお、見積書の提出は、2. に掲げる競争に参加する者に必要な資格に関する事項を全て満たすことを前提とし、確認のためのヒアリング若しくは資料提出等を求める場合があるので、その場合に対応できる体制であること。
8. 簡易入札保証金に関する事項
免除
9. 見積書の無効
本公告2. に示した競争参加資格の無い者が提出した見積書及び見積競争に関する条件に違反した見積書は無効とする。
10. その他
 - ① 契約保証金に関する事項 免除
 - ② 見積競争の結果、予定価格以下の見積書の提出がなかった場合は、7. に掲げる提出期限までに見積書の提出があった者から見積書の提出を求め、再度の見積競争を要する。
再度の見積競争をもっても予定価格以下の見積書の提出がなかった場合は、7. に掲げる提出期限までに見積書の提出があった者から、見積書を再々度の提出を求めることがある。
 - ③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、入札執行事務に関係ない職員がくじを引き落札者を決定するものとする。

令和7年 5月14日

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所
契約担当役 海上技術安全研究所長 平田 宏一（公印省略）

※本件に関するお問い合わせ先

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 総務部会計課契約係

仕 様 書

1. 件名及び数量

ガスの購入 1 式

2. 概要

本件は、当所ガスエンジン試験設備で使用するガスの購入に関するものである。

3. 仕 様

当該ガスは以下の仕様・規格を満たすこと。

- (a) 表 1 に示す仕様のガスを納品すること。なお容器買取の場合は耐圧検査済みであり、かつ次回耐圧検査まで 3 年以上の期間を有する容器を使用すること。容器貸与の場合は貸与期間を納品後 1 年間とする。

表 1、ガス仕様表

項番	ガス種	容器 サイズ	充填量	本数	容器
1	NO(200ppm)/N ₂ ベース	47L	11.8 MPa	1	買取
2	NO(1500ppm)/N ₂ ベース	47L	11.8 MPa	1	買取
3	CH ₄ (3000ppm)/N ₂ ベース	47L	11.8 MPa	1	買取
4	O ₂ (13%)/N ₂ ベース	47L	11.8 MPa	1	買取
5	CO ₂ (10%)/N ₂ ベース	47L	11.8 MPa	1	買取
6	CO(1000ppm)/N ₂ ベース	47L	9.81 MPa	1	買取
7	N ₂ (高純度, UP3 相当)	47L	14.7 MPa	3	貸与
8	H ₂ (40%)/He ベース	47L	5600 L	1	貸与
9	O ₂ (工業用)	47L	14.7 MPa	1	貸与
10	Air(高純度, S-5600L 相当)	47L	5600 L	1	貸与
11	Ar(高純度, UP3)	47L	14.7 MPa	1	貸与
12	O ₂ (25%)/N ₂ ベース	10L	11.8 MPa	1	貸与
13	H ₂ (1000 ppm)/N ₂ ベース	10L	11.8 MPa	1	貸与
14	H ₂ (40000 ppm)/N ₂ ベース	10L	11.8 MPa	1	貸与
15	NO(純度 99%)	47L	2.0 MPa	1	貸与

- (b) NO (99%) ボンベ用圧力調整器を用意すること。ヤマト製 SRQ-1LL-R1101-1431-SF 相当品とする。
- (c) 表 1 における混合ガスについてはボンベ内充填ガスの濃度分析結果を添付すること。なお、表 1 にて指定するガス濃度に対して±10%の範囲に収まること。
- (d) 納品物の詳細について疑義が生じた場合には、監督職員との協議により決定するものとする。

4. 納 期 令和 7 年 8 月 8 日

5. 納入場所 三鷹市新川 6－38－1
国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所
環境・動力系 10号館

6. 監 督

監督職員が必要と認める事項について適宜監督を行う。

監督職員：市川 泰久

7. 検 査

完了時に、検査職員が仕様に基づき検査を行う。

8. 保 証

納品後 1 年間は保証期間とし、この間に発生した使用者の責によらない故障・不具合等については、無償で修理・交換すること。